

Gminny Samodzielny Publiczny
Zakład Lecznictwa Otwartego
w Ożarowie Mazowieckim
ul. Konopnickiej 8
05-850 Ożarów Mazowiecki

Do Wykonawców

Znak postępowania: GSPZLO.1.2019

UDZIELENIE WYJAŚNIENÍ

Zamawiający na podstawie **art. 38 ust. 2** ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami w prowadzonym postępowaniu na:

Zakup wraz z dostawą i montażem ultrasonografu (USG) – aparatu fabrycznie nowego, rok produkcji 2019

wpłynęły zapytania o poniższej treści:

1. Dotyczy punktu 1.7 . Czy zamawiający dopuści zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG renomowanego producenta z regulacją TGC za pomocą fizycznych suwaków dostępnych na panelu sterowania.

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie aparatu USG z regulacją TGC za pomocą fizycznych suwaków dostępnych na panelu sterowania.

2. Dotyczy punktu 2.1 . Czy zamawiający dopuści zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG renomowanego producenta z częstotliwością odświeżania 1000 Hz.

Odpowiedź. Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania aparatu USG z częstotliwością odświeżania 1000 Hz. Zamawiający zgodnie z punktem 2.1 Załącznika nr 1 do SIWZ wymaga, aby aparat USG posiadał obrazowanie B-mode z częstotliwością odświeżania min. 2000 obr/s.

3. Dotyczy punktu 5.4 . Czy zamawiający dopuści zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG renomowanego producenta z głowicą sektorową o kącie skanowania 90°.

Odpowiedź. Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania aparatu USG z głowicą sektorową o kącie skanowania 90°. Zamawiający zgodnie z punktem 5.4 Załącznika nr 1 do SIWZ wymaga, aby głowica aparatu USG posiadała kąt pola skanowania w trybie B min. 110°.

4. Dotyczy punktu 5.11 . Czy zamawiający dopuści zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG renomowanego producenta z głowicą convex o zakresie głębokości pracy 1 – 30 cm.

Odpowiedź. Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania aparatu USG z głowicą convex o zakresie głębokości pracy 1 – 30 cm. Zamawiający zgodnie z punktem 5.11 Załącznika nr 1 do SIWZ wymaga, aby głębokość obrazowania wynosiła min.32 cm.

Zamawiający nie przewiduje zmiany terminu składania ofert, który upływa w dniu

16.09.2019 r. o godzinie 11:00.

**Kierownik
Gminnego Samodzielnego Publicznego
Zakładu Lecznictwa Otwartego
Waldemar Roszkiewicz**